KN-TCシリーズ
顔認証端末で、検知温度に補正をかけたい。

顔認証端末の温度検知精度を上げる為の操作として、

実際に体温計で測った体温と顔認証端末の温度が違う場合、

顔認証端末の機能で調整(補正)をかけることが可能です。

画面長押ししてログインし、メインメニューから『体温測定』の項目に入ります。

『温度補正』の項目がありますので、こちらから補正数値の入力が可能です。

(入力範囲-99.99~99.99)

例えば、体温計で計測した実際の体温が36.0℃、顔認証端末で表示された体温が36.3℃の時、

"-0.3"を入力する事で、再度検知した際に顔認証端末側で補正をかけて36.0℃として記録します。

定期的に補正をかけることで、より実際の体温に近い検知が可能です。

一意的なソリューション ID: #1933
製作者: jss
最終更新: 2020-12-17 08:03

(c) 2024 <> | 2024-05-09 21:06
URL: http://www.js-sys.info/index.php?action=artikel&cat=158&id=934&artlang=ja